VEDLIKEHOLDSSKJEMA PENTRA 400 DATO:

DAGLIG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ktr. waste-tank. Tøm om nødv.																															
Ktr. vanntank. Skal byttes mandag																															
Kontroller kuvettene.																															
UKENTLIG																															
Deproteinisering av prober																															
MÅNEDLIG																															
Rengjøring av vasketårn																															
Presisjonssjekk med Qualitest																															
Rengjøring av filter til kompressor																															
HVER 2. MND																															
Kontroller glycolnivå																															
Bytte stempel-tip til sprøytene																															
HVER 6. MND (eller ved behov)																															
Bytte lampe																															
Bytte sprøyter																															
Bytt filter væskeelem.+tetn.ring																															
ETTER BEHOV																															
Rengjøring/dekont. av instr																															